

認定補聴器専門店 申請前チェックシート

PC上のNo	☑ 項目	案内頁
申請者情報 10-6【画像】	<input type="checkbox"/> 会社情報、代表者名、店舗名称(屋号)(営業所名称)、店舗住所は販売貸与業届書と同一内容を入力している。	P4
1	<input type="checkbox"/> 申請事務担当者、店舗連絡担当者は常駐している者を入力している(申請事務担当者はその限りではない)。	-
2 10-7【画像】	<input type="checkbox"/> 営業所管理者、修理責任技術者は自店舗に常駐している者を入力している。 <input type="checkbox"/> 入力した者の修了証の写しを添付している。	P10
4-1	<input type="checkbox"/> オージオメータは JIS タイプⅢ以上のものを入力している。※複数所有している場合は、全て入力している。	P5
4-1 10-3【画像】	<input type="checkbox"/> オージオメータは 3 年毎に校正している。 <input type="checkbox"/> 画像に校正をした年月日がわかる写真(校正証明書や機器に貼ってあるシール等)を添付している。※3 年毎の更新が分かるように複数回の書類を添付 ※複数所有している場合は、全て添付している。	P5
4-3	<input type="checkbox"/> 特性器は複数の入力音圧レベルで測定できるものを入力している(60、90dBのみは不可)。※複数所有している場合は、全て添付している。	P5
4-4	<input type="checkbox"/> 騒音計は JIS C1509-1、IEC61672-1 に準拠したものを入力している。	P6
4-5 10-3【画像】	<input type="checkbox"/> 耳型採取のための器具は、過不足なく入力している。 <input type="checkbox"/> 画像に全ての器具が写っている。	P7
4-6 10-3【画像】	<input type="checkbox"/> イヤモールド等の補修・修正のための器具は、過不足なく入力している。 <input type="checkbox"/> 画像に全ての器具が写っている。※UV 照射器、補修液の画像を添付している。	P7
4-8 10-3【画像】	<input type="checkbox"/> 消毒のための器具等は、過不足なく入力し、消毒方法も併せて入力している。 <input type="checkbox"/> 画像に全ての器具が写っている。	P7 P9
5	<input type="checkbox"/> ポケット型、耳かけ型、ミニ耳かけ型は実器もしくは試聴器を常備している。 耳あな型(オーダーメイド)は試聴器もしくはダミーを用意している。	P13
6	<input type="checkbox"/> 補聴器関連機器の在庫は適切である。在庫がない場合であっても、取り扱える品名を入力している。※カタログ対応等は不可。具体的な品名を入力している。	P15
6	<input type="checkbox"/> 日常生活用具の在庫は適切である。在庫がない場合であっても、取り扱える品名を入力している。※カタログ対応等は不可。具体的な品名を入力している。	P15
7	<input type="checkbox"/> (店外販売を実施している場合)クーリングオフ契約書の準備をしている。※契約書を販売貸与業届の項目に添付している。	P16
7	<input type="checkbox"/> (展示会を実施している場合)保健所に届出を行っている。※届出書を販売貸与業届の項目に添付している。	P16
8 10-10【画像】	<input type="checkbox"/> 連携している補聴器相談医は、最新の名簿に掲載されている医師である。 <input type="checkbox"/> 連携している補聴器相談医の証明を添付している。	P8
10-1【画像】 外観写真	<input type="checkbox"/> 認定店ステッカーが貼られていることが確認できるものである。また、販売貸与業届書と同一の屋号が記載された看板が写っているものである。※複数枚可	P4
10-1【画像】 内観写真	<input type="checkbox"/> 店舗全体が写っている。また、技能者証や販売許可証等の掲示すべきものが写っている。※複数枚可	P4
10-1【間取図】	<input type="checkbox"/> オージオメータ、防音室等の場所が記載されている。	P4
10-3【画像】	<input type="checkbox"/> 防音室の写真は、座席や機器の配置がわかるように写している。 自作の場合、壁が天井まで仕切られていることがわかるように写している。	P5
10-3【画像】	<input type="checkbox"/> 効果測定の設定の写真は、スピーカーや座席が適切な位置になっていることがわかるように写している。	P5
10-4	<input type="checkbox"/> 【音場管理表】3 ヶ月に 1 回以上行っていることが分かるものを添付している。	P5
10-5	<input type="checkbox"/> 【ケース記録】自店舗で使用している様式を提出している。	P11 P12
10-5	<input type="checkbox"/> 【ケース記録】禁忌 8 項目を確認していることが分かるもの、個人情報保護に関する説明を行っていることが分かる資料を提出している。	P11 P12