

認定補聴器専門店

認定申請書様式

- ・ サイズ全て A4（両面不可）
- ・ 重ね貼り不可
- ・ 折り畳みでの貼付不可
- ・ ホチキス留め不可

これらの状態で提出された書類は
受理及び審査しませんので注意し
てください。

(様式第1号)

「認定補聴器専門店」認定申請書 (新規・更新)

申請区分	新規申請 ・ 更新申請
会社名称 及び代表者氏名	(フリガナ) ※個人開設の場合は代表者の氏名のみを記入してください。
会社所在地 電話番号及びFAX番号	〒 - TEL FAX
申請店舗名称	(フリガナ)
店舗URL (HPアドレス) (無い場合は記入不要)	
申請店舗所在地 電話番号及びFAX番号	〒 - TEL FAX
日本補聴器販売店協会 会員区分	会員 ・ 非会員 (いずれかに○を記入)
認定登録番号 (新規申請の場合は記入不要)	
審査料振込み予定日	2020年 月 日 審査料 33,000円 (税込)
支払方法 (いずれかに○を記入)	コンビニ / Pay-easy / 銀行振込 (複数店舗一括の場合にはメール又はFAXにてお知らせください)

※コンビニ、Pay-easyでのお支払いをご希望の際は認定店マイページから処理を行って下さい。

西暦 年 月 日
公益財団法人テクノエイド協会 理事長 殿
上記の店舗について、別添資料を添えて「認定補聴器専門店」の認定を申請いたします。
【申請者住所】(会社所在地※) 〒 -

【申請者氏名】(会社名称及び代表者氏名※)
_____ 印
※ 代表者が認定申請業務を申請店舗の業務運営責任者(店長)に委託する場合、申請者住所・申請者氏名は申請店舗の住所及び店長の氏名でも可

1. 認定申請事務担当者に関する事項（認定申請事務の連絡窓口）

申請事務担当者 1

所属部署、店舗又は 営業所の名称	
担当者の氏名	(フリガナ)
電話番号	
FAX 番号	
E-mail アドレス (必須)	

申請事務担当者 2（申請事務担当者が複数いる場合に記入）

担当者の氏名	(フリガナ)
E-mail アドレス (必須)	

店舗連絡担当者 1

所属部署、店舗又は 営業所の名称	
担当者の氏名	(フリガナ)
電話番号	
FAX 番号	
E-mail アドレス (必須)	

店舗連絡担当者 2（店舗連絡担当者が複数いる場合に記入）

担当者の氏名	(フリガナ)
E-mail アドレス (必須)	

※ 申請事務担当者と店舗連絡担当者が同じでも構いません。申請事務担当者が、店舗の実務に関する業務（補聴器フィッティング等）を担当していない場合には、店舗連絡担当者の項目も記入してください。

※ E-mail アドレスは、申請受付確認や入金確認、実地調査後の再提出等について連絡しますので必ず記入してください。

2. 店舗に関する事項

項目	名称または確認事項
店舗の業務運営責任者 (店長) 氏名	(フリガナ)
店舗開設年月日	西暦 年 月 日
店舗の事業区分	1. 補聴器専門店 2. 兼業店 (取扱商品)
医療機器販売業届 受理番号 (受理番号がない場合には届日を記入)	
補聴器 (医療機器) 営業管理者名	(フリガナ)
医療機器修理業 許可証番号 (修理業を行っている場合)	
医療機器修理業 責任技術者名 (修理業を行っている場合)	(フリガナ)

3. 店舗に常勤している認定補聴器技能者に関する事項

氏名	(フリガナ)	(フリガナ)
登録番号		
有効期間	西暦 年 月 日～西暦 年 月 日	西暦 年 月 日～西暦 年 月 日
日本補聴器 技能者協会 会員区分	会員 ・ 非会員 (いずれかに○を記入)	会員 ・ 非会員 (いずれかに○を記入)

氏名	(フリガナ)	(フリガナ)
登録番号		
有効期間	西暦 年 月 日～西暦 年 月 日	西暦 年 月 日～西暦 年 月 日
日本補聴器 技能者協会 会員区分	会員 ・ 非会員 (いずれかに○を記入)	会員 ・ 非会員 (いずれかに○を記入)

1. 更新店は認定補聴器技能者の常勤が必須です。
2. 認定補聴器技能者が5名以上常勤しているときは、上記の様式で追加して全員の状況を記入してください。
3. 新規申請する店舗のみ、常勤の認定補聴器技能者がいない場合でも、認定補聴器技能者試験の受験予定者で申請することができます。ただし、試験結果が不合格の場合、他の店舗より認定補聴器技能者を補充しなければ認定されません。

4. 設備に関する事項

項目	名称または確認事項
補聴器調整のための測定ができる設備 (オーディオメータ)	メーカー名・型式
	校正実施日 西暦 年 月 日 (最終校正日から3年以内)
補聴器調整のための測定ができる施設 (防音室)	1. メーカー名・型式
	騒音レベル _____dB (A)
	2. 自作
	騒音レベル _____dB (A)
補聴器特性測定設備	メーカー名・型式
補聴器装用効果測定のための設備 ※サウンドレベルメータ(騒音計)はJIS C1509-1又はIEC61672-1に適合または準拠していること、かつA特性のみでなくC特性による測定ができるものが必要です	メーカー名・型式 ※オーディオメータ、CDプレイヤー、スピーカー等
	サウンドレベルメータ(騒音計) メーカー名・型式
	音場測定を行なう場(室) (1.または2.のどちらかに○を書き、2.に○の場合は騒音レベルを記入)
	1. 補聴器調整のための測定ができる施設と同じ場所である 2. 補聴器調整のための測定ができる施設と別の場所である 騒音レベル _____dB (A)
耳型採取のための器具	器具名
イヤフォームやシェルの補修・修正のための補聴器用加工設備・器具	器具名
申請店での補聴器修理及び保守点検の有無(どちらかに○)	1. 補聴器内部の修理をする。 2. 保守点検等消耗品の交換のみをする。
消毒のための設備・器具	消毒方法と器具名

5. 補聴器の在庫と取扱いに関する事項

補聴器	ポケット型	1.実器のみ 2.試聴器のみ 3.実器と試聴器 4.なし
	耳かけ型	1.実器のみ 2.試聴器のみ 3.実器と試聴器 4.なし
	ミニ耳かけ型（細いチューブ、RICタイプ等）	1.実器のみ 2.試聴器のみ 3.実器と試聴器 4.なし
	耳あな型（既製）	1.実器のみ 2.試聴器のみ 3.実器と試聴器 4.なし
	耳あな型（オーダー）	1.試聴器有 2.型サンプル（ダミー）有 3.なし

6. 補聴器を除く補聴器関連用品等に関する事項 ※「手続き案内」P13を参照ください。

取扱商品	補聴器関連機器	品名
	日常生活用具	品名

7. 店外販売に関する事項

店舗の全売り上げに占める店外販売の割合		() %
店外販売内訳	① 購入希望者の請求による個人宅訪問（請求訪問）の割合	() %
	② 展示会または購入希望者の請求によらない訪問による販売の割合	() %
	③ その他の店外販売内容（)	() %

※店外販売をしている場合は、①～③は合計が100%となるように記入してください。

8. 店舗と連携している補聴器相談医に関する事項

指導を受けている 補聴器相談医	上記の店舗は医療との連携を保ち、補聴器装用に関する必要な実務能力を有する店舗であることを証明します。
	医療機関名
	電話番号
	所在地
	〒
	(フリガナ) 医師氏名 _____ 印

※連携する補聴器相談医の情報は、補聴器キーパーソンへ提供する場合があります。

9. 営業時間及び休日に関する事項

営業時間	時 から 時 まで
休日	毎週 曜日 及び

10. その他認定申請書に添付すべき資料

申請店の写真・間取図	所定の台紙に店舗正面・内部の写真、店舗の間取り図を貼り付ける。
認定申請店舗への交通案内図	既成資料の添付も可。
設備機器の写真	所定の台紙に店舗の設備機器等に関する写真を貼り付ける。
音場校正値が確認できる資料	音場校正値が確認できる資料（音場校正表、または音場管理表など）を添付する。 店舗に記録用紙が無い場合は資料1を参照し作成すること。
補聴器フィッティング記録書類一式	1名分の記録一式の写し（A4版）を添付する。 ※別紙「認定申請手続きのご案内」P9の「補聴器のフィッティング等（苦情処理を含む）の記録」を参考にして記録を添付する。 ※ <u>お客様の個人情報は保護した上で提出</u> する。
医療機器販売業・貸与業届の写し	届出書の写し（A4版）を添付する。 ※変更届でも可。
補聴器（医療機器）営業販売管理者講習会 又は医療機器販売・貸与管理者基礎講習の 修了証の写し	修了証の写し（A4版）を添付する。 ※医療機器修理業責任技術者 基礎講習または 継続研修の修了証でも可。
修理業を行っている場合 医療機器修理業許可証の写し	許可証の写し（A4版）を添付する。
医療機器修理業責任技術者の 継続的研修の修了証の写し	修了証の写し（A4版）を添付する。 ※ <u>修理業を行っている場合には1年に1度受講 することが義務付けられています。申請時点 で講習会を履修してから一年が経過してい る場合は、履修の予定日を記入する。</u>

【添付資料台紙①】

店舗写真・間取図 I

- ※ 写真（12.5mm×8.5mm以上）を、添付欄に貼付してください。
- ※ 写真の構図は、たて・よこどちらでも構いません。

・ 店舗正面（外観）

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

- ・ 申請する店舗の名称が判るように写真を撮影してください。
- ※重ね貼りはしないでください。
- ※ A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。
（折り畳んでの貼付不可）

・ 店舗内部（売場全景）

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

- ・ 申請する店舗の名称が判るように写真を撮影してください。
- ※重ね貼りはしないでください。
- ※ A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。
（折り畳んでの貼付不可）

【添付資料台紙②】

店舗写真・間取図Ⅱ

- ・「店舗内の間取り図」（既成資料の添付も可）

※ 重ね貼りはしないでください。

※ A4 用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳んでの貼付不可）

【添付資料台紙③】

店舗への交通案内図

【店舗への交通案内図】

- ※ 最寄りの公共交通機関から店舗までの経路図をわかりやすく記入してください。
- ※ 既成の資料を貼付でも可能です。
- ※ 重ね貼りはしないでください。
- ※ A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

(折り畳みでの貼付不可)

【交通手段】 ※主要都市から店舗最寄り駅、最寄り駅から店舗までの交通手段を記入してください。

例) JR線	【新宿駅】から中央・総武線に乗り【飯田橋駅】で下車

【添付資料台紙④】

設備機器の写真 I

- ・補聴器適合のための測定できる設備の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

・オージオメータ、気導受話器、骨導受話器、語音測定の際に使用している機材（CD・CDプレーヤー等）が判るように写真を撮影してください。

※ 重ね貼りはしないでください。

※ A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

- ・補聴器適合のための測定できる施設の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

・オージオメータと防音室がどのように設置されているか判るように写真を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

【添付資料台紙⑤】

設備機器の写真Ⅱ

- ・補聴器特性測定設備の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

- ・メーカー名及び機種名が判るように写真を撮影してください。
※重ね貼りはしないでください。
※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。
（折り畳みでの貼付不可）

【添付資料台紙⑥】

設備機器の写真Ⅲ

- ・補聴器装用効果測定のための設備の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

- ・メーカー名及び機種名が判るように写真を撮影してください。
- ・スピーカーの配置と被測定者の着席位置が判るように写真を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

- ・メーカー名及び機種名が判るように写真を撮影してください。
- ・スピーカーの配置と被測定者の着席位置が判るように写真を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

【添付資料台紙⑦】

設備機器の写真Ⅳ

- ・イヤモールドの採型のための器具の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

・作業台の状況、綿球や印象剤等使用している器具が判るように写真を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

- ・イヤモールドの補修・修正のための補聴器用加工設備器具の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

・作業台の状況並びにドリル、バフ、補修剤、補聴器用UV照射器等使用している器具が判るように写真を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

【添付資料台紙⑧】

設備機器の写真Ⅳ

- ・補聴器修理またはメンテナンス設備器具の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

・補聴器を補修・修理するための作業台及び使用している設備、器具が判るように写真を撮影してください。

※修理を行っていない場合は、補修・掃除等を行うメンテナンス用具を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

- ・消毒のための設備・器具の写真

写真（カラー）貼付欄

《貼付する写真の留意点》

・使用している設備、器具が判るように写真を撮影してください。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

（折り畳みでの貼付不可）

【添付資料台紙⑨】

音場校正値が確認できる資料

《資料作成の留意点》

・資料 1「音場管理表」を添付、またはメーカーや店舗独自で作成した音場管理表を添付してください。店舗独自で自作した音場管理表を添付する場合には、資料 1「音場管理表」の記入内容が網羅されている書式で提出してください。

・音場管理表の記録・管理は3ヵ月毎を目安にします。

※重ね貼りはしないでください。

※A4用紙の範囲内で見えるように貼付してください。

※音場管理表がA4サイズの場合は、貼付せず、そのまま提出してください。

「補聴器フィッティング記録書類一式」の提出について

- ・下記事項を参考に1名分のフィッティング記録一式（店舗で使用している顧客記録カード）をコピーして添付してください。印刷サイズはA4で統一して測定データ等についてはホチキス留めや重ね貼りはしないでください。
- ・耳鼻科の測定データ添付でなく、自店舗で測定した結果を添付してください。

※「認定申請手続きのご案内」P9~P10より抜粋

【フィッティング記録】

店舗での記載事項は次の内容が網羅されていることが必要です。ただし、フィッティング記録を当協会へ提出する際には、個人情報保護の観点から個人情報は必ず消した状態で提出してください。

1. 購入、調整を受けた補聴器の使用者氏名、フリガナ、生年月日、住所、郵便番号、電話番号、整理番号、担当者の氏名（認定補聴器技能者以外の担当者が対応した場合は、認定補聴器技能者が確認したことを表す印が必須。）
2. 使用者等から聴取した来店経過、要望、要望への対応とその結果。
3. 聴力データが適切な書式で記録されていること。
 - ・左右それぞれの耳の気導聴力レベル、骨導聴力レベル
 - ・気導受話器における左右それぞれの耳の最高（最良）語音明瞭度と測定レベル
 - ・測定時のマスクングの有無。骨導マスクングを記入していない場合マスクングレベル
 - ・MCL（快適閾値）、UCL（不快閾値）の測定を行った場合はその結果

【補聴効果測定の新記録】

1. 装用に伴う補聴効果の確認の記録
 - ・補聴効果の客観評価測定は、NPO 法人日本補聴器技能者協会作成の「販売店における補聴効果の確認法 第3版 平成30年6月」の客観的評価法を基本とする。
 - ・装用閾値の測定は明瞭度測定に追加、または明瞭度測定を行えない場合に実施する。
 - ・補聴効果測定は、左右それぞれの補聴器フィッティングを適正に評価するために、片耳ずつ行うことが望ましい。
2. 適合させた補聴器の型式、製造番号

【補聴器特性の記録】

1. 補聴器フィッティングが概ね完結した状態で、日本耳鼻咽喉科学会が作成した「補聴器適合に関する報告書（2018）」と同様に、入力音圧 50 または 60dB SPL から 80 または 90dB SPL までの 10dB ごとの測定結果を添付。ただし、入力音圧 50dB SPL が測定できない場合は、60dB SPL から測定し結果を添付すること。
2. 同上の調整画面（パソコン画面上の周波数特性表）を添付すること。
3. 記録調整器の設定位置の記録（パラメーター等）や使用したカプラなど、再現性を確保するための測定条件などの記載。なお、測定時は結果に影響する機能はオフで測定すること。
4. オーダーメイド補聴器の場合は、メーカーからの出荷データとフィッティング終了時の店舗での測定データの両方が必要。

認定補聴器専門店申請書類 提出物チェックシート

このチェックシートは提出不要です。申請書提出時に必要な書類がそろっているか、こちらのシートでご確認ください。不足資料があった場合には事務局より追加提出の連絡を入れる場合があります。

- 認定申請書（P1～P6）
 - 添付写真台紙（台紙 P7～P14）
 - 音場校正値が確認できる資料
 - 補聴器フィッティング記録一式
- ※ 純音聴力測定（気導、骨導、マスキング）、語音明瞭度測定（気導受話器）、装用時語音明瞭度測定、装用閾値測定、補聴器測特性測定、対応記録（受付時からアフターケアまで）が記載されているもの。
- 医療機器販売業・貸与業の写し
 - 補聴器（医療機器）営業管理者講習会の修了証の写し
 - 医療機器修理業許可証の写し※
 - 医療機器修理業責任技術者継続研修の修了証の写し※

※ 修理業を行っている場合のみ添付してください。継続研修は1年に1度受講することが義務付けられています。申請時点で講習会を履修してから1年が経過している場合は、履修予定日を記入してください。

※ オンライン申請の場合には「1-1号 認定申請書(新規・更新)【オンライン用】」（補聴器相談医の証明を含む）のみを郵送してください。